

発行番号 102287

発行日 2019/9/26

## 校正証明書

品名 : AT-B3A

機械番号 : WM008971

校正日 : 2019年 9月 20日

上記の製品は、JSIMA規格に基づき弊社の定めた作業標準による校正の結果、その規格を満たしている事を証明します。

会社名 株式会社 ホーシン



住所 大阪府門真市四宮3-10-34

本校正・検査は、一般社団法人 日本測量機器工業会が認定した事業者及び検査員により実施されています。

事業者認定番号 J1603006

検査員認定番号 J2603036



発行番号 102287  
発行日 2019/9/26

## 検査成績書

レベル

品名 : AT-B3A  
機械番号 : WM008971  
検査日 : 2019年 9月 20日

社内検査の結果、下記の通り合格したことを証明致します。

No	種類	検査項目	測定結果	許容値
1	チルチング レベル	水平精度		
		視軸の偏差		
2	自動レベル	水平精度	良	10" 以下
		視軸の偏差	良	0.3mm以下
		自動補正範囲	良	±15'
		自動補正精度	良	10" 以下

本検査は日本測量機器工業会規格（JSIMA103：2007）に定められた測定方法に従って行われています。

会社名 株式会社 ホーシ

検査責任者 竹田 検査者 川岸



本校正・検査は、一般社団法人 日本測量機器工業会が認定した事業者及び検査員により実施されています。


事業者認定番号 J1603006

検査員認定番号 J2603036



# 測量機器 トレーサビリティ体系図

2019/9/26



角度 水準 (水平度)  
国家標準としての該当無し  
(自己校正による方法を採用しています。)

