

株式会社中央設備 様

検査成績書

レベル

品名: TOPCON AT-B3A

機械番号: WM008971

管理番号:

検査日: 2021年6月1日

社内検査の結果、下記の通り合格した事を証明致します。

種類: 自動レベル

許容値適用区分: JSIMA B

No.	種類	検査項目	検査結果	許容値
1	チルチングレベル	水平精度		
		視軸の偏差		
2	自動レベル	水平精度	良	10" 以下
		視軸の偏差	良	0.3mm以下
		自動補正範囲	良	±15' 以上
		自動補正精度	良	10" 以下
3	電子レベル	水平精度	光学読み	
			電子読み	
		視軸の偏差		
		自動補正範囲		
		自動補正精度		

本検査は日本測量機器工業会規格 (JSIMA 103:2007) に定められた測定方法に従って行われています。

会社名: 三栄測量機械店



検査責任者: 戸井崎 彰範



検査者: 戸井崎 彰範



本校正・検査は、一般社団法人 日本測量機器工業会が認定した事業者及び検査員により実施されています。

事業者認定番号 J1303014

検査員認定番号 J2303028

株式会社中央設備 様

校正結果

品名: 自動レベル TOPCON AT-B3A

機械番号: WM008971

管理番号:

校正日: 2021年6月1日

校正結果は次の通りであることを証明します。

校正方法: コリメータシステムによる自己校正

許容値適用区分: JSIMA B

	校正項目	内 容		測定結果	許容値
1	水平精度	水平視準精度	光学読み	0"	10" 以下
			電子読み		
2	補正精度	自動、電子レベルに適用		0"	10" 以下

本校正は日本測量機器工業会規格 (JSIMA 103:2007) に定められた測定方法に従って行われています。

会社名: 三栄測量機械店 印 検査責任者: 戸井崎 彰範 印 検査者: 戸井崎 彰範 印

本校正・検査は、一般社団法人 日本測量機器工業会が認定した事業者及び検査員により実施されています。

事業者認定番号 J1303014

検査員認定番号 J2303028

株式会社中央設備 様

発行番号: AL-SS-2021-1827

発行日: 2021年6月1日

校正証明書

品名: 自動レベル TOPCON AT-B3A

機械番号: WM008971

管理番号:

校正日: 2021年6月1日

上記の製品は、JSIMA規格に基づき弊社の定めた作業標準による
校正の結果は、別紙校正結果の通りであることを証明します。

三栄測量機械店

〒270-1141 千葉県我孫子市栄8-15



本校正・検査は、一般社団法人 日本測量機器工業会が認定した事業者及び検査員により実施されています。

事業者認定番号 J1303014

検査員認定番号 J2303028